



Warszawa, dnia 2015-02-27 r.

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą na: „Dostawę układu grzewczo – chłodzącego do mikroskopu sił atomowych (AFM) dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1” Nr 120/1/2015

Informujemy, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**Wniosek:**

„W punkcie 3.8 § 1 art. 3 zostało zapisane:

„Wraz z układem grzewczo – chłodzącym Wykonawca dostarczy sondy pomiarowe typu:

- krzemowe, normalna stała siłowa 0.4 N/m, nominalna częstota rezonansowa 70 kHz – 15 opakowań po 10 szt.

- krzemowe, normalna stała siłowa 40 N/m, nominalna częstota rezonansowa 320 kHz – 10 opakowań po 10 szt.”

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie poniższych sond?

- Sondy, w których belka wykonana jest z azotku krzemu, nominalna stała siłowa 0,4 N/m, nominalna częstota rezonansowa 70 kHz – 15 opakowań po 10 szt.

- krzemowa, normalna stała siłowa 42 N/m, nominalna częstota rezonansowa 320 kHz – 10 opakowań po 10 szt.

Uzasadnienie:

Parametry sond pomiarowych, w których belka wykonana jest z azotku krzemu są identyczne do parametrów, które są wymagane przez Zamawiającego. W przypadku sond krzemowych nominalna stała siłowa różni się nieznacznie i wynosi 42 N/m.

W punkcie 1§ 4 art. 3 zostało zapisane:

„Wykonawca udziela gwarancji na następujących zasadach:

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na oferowane urządzenie na okres minimum 18 miesięcy, od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez obydwie strony”

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia gwarancji na oferowane urządzenie na okres 12 miesięcy?”

## Odpowiadamy:

Ad. Pytanie 1:

Tak.

Ad. Pytanie 2:

Tak.

Jednocześnie Zamawiający zmienia:

art. 3 § 4 ust 1 SIWZ

Było:

*Wykonawca udziela gwarancji na następujących zasadach:*

*Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na oferowane urządzenia na okres minimum 18 miesięcy, od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez obydwie strony.*

Jest:

*Wykonawca udziela gwarancji na następujących zasadach:*

*Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na oferowane urządzenia na okres minimum 12 miesięcy, od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez obydwie strony.*

oraz:


Formularz Oferty ust 3 :

Było:

*Oferujemy okres gwarancji wynoszący ..... miesięcy liczony od dnia odbioru całości przedmiotu zamówienia (należy wpisać co najmniej 18 miesięcy)*

Jest:

*Oferujemy okres gwarancji wynoszący ..... miesięcy liczony od dnia odbioru całości przedmiotu zamówienia (należy wpisać co najmniej 12 miesięcy)*



DZIEKAN WYDZIAŁU CHEMII  
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

*Prof. dr hab. Paweł J. Kulesza*