



Warszawa, dnia 20.03.13. r.

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 r.), zwanej dalej Ustawą na: „**Dostawę sprzętu laboratoryjnego stanowiącego wyposażenie zespołu laboratoriów analizy instrumentalnej próbek dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III)**” Nr 120/4/2013.

Informujemy, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Wniosek 1:

„Dotyczy poz. 4

1. Czy Zamawiający dopuszcza szafę bezpieczeństwa w kolorze szarym, zbliżonym do koloru RAL7035?
2. Prosimy Zamawiającego o podanie bliższych danych dotyczących miejsca instalacji (które piętro, dostęp do windy itp.).

Dotyczy poz. 5

1. W związku z wprowadzeniem przez producenta zmian parametrów technicznych prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści homogenizator o parametrach
 - Objętość homogenizowanej próbki od 1 do 2000ml
 - Obroty 3000 do 25000 obr/min
 - Lepkość 5000mPa/s
 - Moc wejściowa/wyjściowa 800/500 W
 - Poziom natężenia dźwięku 75 dB
 - Wymiary szer/gł/wys 87/106/271mm ?

W/w homogenizator współpracuje z końcówkami homogenizującymi wskazanymi przez Zamawiającego.

Dotyczy poz. 12

1. Czy Zamawiający dopuści komorę o wymiarach zewnętrznych 1312x765x1430 mm i wewnętrznych 1220 x 580 x 640 mm?
2. Czy Zamawiający wymaga, aby komora była wyposażona w lampę UV do sterylizacji?

Dotyczy poz. 36

1. Prosimy o określenie ilości wymaganych kanałów pompy(4, 8, 12,16 lub 24)”



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





Wniosek 2

„Dotyczy części 25.

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie termometru precyzyjnego o zakresie -1...+201 st. C z białą kapilarą i tłem?

Dotyczy części 25.

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie termometru precyzyjnego o zakresie -50...+50 st. C z białą kapilarą i tłem?”

Wniosek 3:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w punkcie 11, ze względu na zmianę parametrów technicznych przez producenta sprzętu?

z zapisu:

11. Mieszadło magnetyczne z grzaniem: metalowa obudowa, płyta grzejna ze stopu aluminiowego, pokryta odporną chemicznie i mechanicznie warstwą ceramiczną. Średnica płyty grzejnej 135 mm, moc grzejna nie mniej niż 800 W, temperatura płyty grzejnej przynajmniej do +300°C, oddzielny obwód bezpieczeństwa wyłączający grzanie jeżeli temperatura płyty przekroczy zadaną temperaturę o 25°C, cyfrowy wyświetlacz do ustawiania i odczytu temperatury i prędkości, prędkość obrotów nie mniej niż 1400 obr/min. Wbudowane przyłącze do kontrolera temperatury – 1 sztuka

12. Cyfrowy, elektroniczny kontroler temperatury, dokładność ustawienia temperatury przynajmniej $\pm 1^\circ\text{C}$ z czujnikiem temperatury Pt 1000, zakres nie mniej niż od -50 do 300°C, z rozdzielczością 0,1°C przystosowany do pracy z mieszadłem magnetycznym – 1 sztuka

na zapis:

11. Mieszadło magnetyczne z grzaniem: metalowa obudowa, płyta grzejna ze stopu aluminiowego, pokryta odporną chemicznie i mechanicznie warstwą ceramiczną. Średnica płyty grzejnej 135 mm, moc grzejna nie mniej niż 800 W, temperatura płyty grzejnej przynajmniej do +300°C, oddzielny obwód bezpieczeństwa

wyłączający grzanie jeżeli temperatura płyty przekroczy zadaną temperaturę o 25°C, cyfrowy wyświetlacz do ustawiania i odczytu temperatury i prędkości, prędkość obrotów nie mniej niż 1400 obr/min. Wbudowany kontroler temperatury z zewnętrznym czujnikiem Pt1000 o zakresie pracy nie mniej niż od -50 do 300°C

dokładność ustawienia temperatury przynajmniej $\pm 1^\circ\text{C}$ - 1 sztuka”

Wniosek 4:

„L.p. 11 - System do syntezy równoległej

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późno zm.) uprzejmie zwracam się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę sprzętu laboratoryjnego stanowiącego wyposażenie zespołu laboratoriów analizy instrumentalnej próbek dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III)" (120/4/2013).

Opisane wymagania techniczne spełniają wyłącznie produkty firmy Radleys Discovery Technologies, której jedynym dystrybutorem w Polsce jest firma Witko Sp. z o.o.

W naszej ocenie zawarcie tego urządzenia wraz z pozostałym sprzętem laboratoryjnym w jednym pakiecie oraz brak możliwości składania ofert częściowych narusza zasady równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji, wyrażone w treści art. 7 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

Specyfika przedmiotu zamówienia, co prawda pozwala wykonawcom na wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia lub powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom, jednak pozostały sprzęt będący przedmiotem zamówienia jest ogólnie dostępny i każdy wykonawca może go zaoferować i dostarczyć. Tak zredagowany opis przedmiotu zamówienia faworyzuje firmę Witko Sp. z o.o. jako jedynego dostawcę spełniającego postawione przez Zamawiającego wymagania oraz powoduje, że w interesie firmy Witko nie leży wspólne ubieganie się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Dopuszczamy, iż tak zredagowany opis przedmiotu zamówienia stanowiący drastyczne ograniczenie grupy potencjalnych wykonawców do jednego podmiotu, został wprowadzony do specyfikacji omyłkowo. Prosimy więc o jego korektę w taki sposób, aby część 11 dotycząca systemu do syntezy równoległej została wydzielona do odrębnego pakietu lub aby wykonawcy mieli możliwość składania ofert częściowych w ramach określonego przedmiotu zamówienia.

Pragniemy zauważyć, iż powyższe dotyczy doniosłej kwestii - tak w zakresie możliwości złożenia ofert w postępowaniu przez wykonawców, jak i ewentualnej odpowiedzialności zamawiającego w zakresie wprowadzenia dyskryminującego opisu przedmiotu zamówienia, faworyzującego jednego potencjalnego dostawcę. Dlatego prosimy o wnikliwe rozważenie przedstawionych argumentów i uwzględnienie naszego wniosku.

L.p. 1 - Lodówko-zamrażarka

Pyt. 1

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej podając wymiary zewnętrzne 600mm szerokości x 615mm wysokości x nie mniej niż 2000mm wysokości zamiast wymiary zewnętrzne 600mm szerokości x 615mm głębokości x nie mniej niż 2000mm wysokości?

Pyt. 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający pisząc "dynamiczny obieg powietrza" miała na myśli dynamiczny obieg powietrza wyłącznie w komorze chłodziarki? Wzorcowy model lodówko-zamrażarki opisany przez Zamawiającego posiada dynamiczny obieg powietrza w komorze



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





L.p. 16 i 33 - Narzędzia pomocnicze i kamery powiększające ze złączem USB

Pyt.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie części 16 i 33 do oddzielnego pakietu?

L.p. 17 - Węże do pomp perystaltycznych

Pyt.1

Wąż do pomp perystaltycznych, średnica wewnętrzna 0,25mm, kolor pomarańczowo-niebieski. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie 1 opakowania węży liczącego 12 sztuk? Pytanie moje argumentuję faktem, iż producent pakuje węże wyłącznie po 12 szt.

Pyt. 2

Wąż do pomp perystaltycznych, średnica wewnętrzna 0,76mm, kolor czarno-czarny. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie 1 opakowania węży liczącego 12 sztuk? Pytanie moje argumentuję faktem, iż producent pakuje węże wyłącznie po 12 szt.

L.p. 30 - Wózek laboratoryjny

Pyt. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wózka o wymiarach: 900x600x940 mm?

L.p. 14 - Zestaw naczyń laboratoryjnych

Pyt. 1

Butle z dyszą tryskawkową PE z wąską szyją, łatwe do ściskania. Jaką pojemność wymaga Zamawiający?

Pyt. 2

Moździerz nieglazurowany z tłuczkiem z drewnianą rączką, średnica zewnętrzna 115 mm. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tłuczka wykonanego w całości z porcelany oraz moździerza o średnicy zewnętrznej 113 mm?

Pyt. 3

Moździerz nieglazurowany z tłuczkiem z drewnianą rączką, średnica zewnętrzna 135mm. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tłuczka wykonanego w całości z porcelany oraz moździerza o średnicy zewnętrznej 144mm?"

Wniosek 5:

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące punktu 28 „Zestaw pipet automatycznych ze statywem ładującym oraz końcówkami”:

Pyt. 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie końcówek do pipet o podanej długości z tolerancją długości +/- 10% ?

Pyt. 2. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie końcówek do pipet w opakowaniach 500 szt. przy nie zmienionej całkowitej ilości końcówek ?”





Odpowiadamy:

Wniosek 1.

Dotyczy pozycji 4.

Ad. Pytanie 1: Tak.

Ad. Pytanie 2: Miejsce znajduje się na 4 piętrze z dostępem do 3 wind i szerokim korytarzem.

Dotyczy pozycji 5.

Ad. Pytanie 1: Tak.

Dotyczy pozycji 12.

Ad. Pytanie 1: Nie.

Ad. Pytanie 2: Nie.

Dotyczy pozycji 36.

Ad. Pytanie 1: Cztery kanały.

Wniosek 2.

Dotyczy pozycji 25.

Ad. Pytanie 1: Tak.

Ad. Pytanie 2: Tak.

Wniosek 3.

Dotyczy pozycji 11 i 12.

Zgodnie z art. 3 § 1 ust 2 SIWZ „Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach technicznych wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez zamawiającego. Do oceny parametrów technicznych będą brane pod uwagę wszystkie parametry techniczne danego sprzętu.” Proponowane mieszadło spełnia wymagania Zamawiającego i oferuje parametry techniczne wyższe niż wykazane w Specyfikacji.

Wniosek 4.

Dotyczy pozycji 11.



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





Opis przedmiotu zamówienia uwzględnia uzasadnione potrzeby Zamawiającego. Zgodnie z wyrokiem KIO z dn. 15.12.2010 r. Sygn. akt KIO 2588/10 „Izba wskazuje, że zgodnie z ugruntowanym w doktrynie i orzecznictwie stanowiskiem, prawidłowe określenie przedmiotu zamówienia jest nie tylko obowiązkiem ale i prawem Zamawiającego. Celem przyznania Zamawiającemu przez ustawodawcę uprawnienia w zakresie możliwość precyzowania cech przedmiotu zamówienia jest ochrona jego zobiektywizowanego interesu. Tym samym Zamawiający uprawniony jest do takiego sformułowania opisu przedmiotu zamówienia, który umożliwi otrzymanie przez Zamawiającego produktu odpowiadającego jego potrzebom. W przypadku, gdy potrzeby Zamawiającego są obiektywnie uzasadnione, a tak w ocenie składu orzekającego Izby jest w niniejszym przypadku, Zamawiający uprawniony jest do wprowadzenia wymogów, które zawężają krąg potencjalnych wykonawców, jednakże zawężenie to następuje nie w celu preferowania określonego wykonawcy, ale w celu uzyskania produktu jak najbardziej odpowiadającego potrzebom Zamawiającego.”

Zamawiający zwraca również uwagę na wyrok Zespołu Arbitrów z dn. 06.10.05 Sygn. Akt. UZP/ZO/0-3610/05 „Zamawiający nie może dostosowywać SIWZ do warunków i cech wygodnych dla poszczególnych wykonawców, zmienić wymagania w odniesieniu do swoich potrzeb. Przyjęcie takiej tezy prowadziłoby do konieczności ciągłej zmiany wymagań i w konsekwencji dopuszczenia do postępowania wykonawców, którzy nie oferują usług lub dostaw posiadających (wcześniej zaplanowanej) wymagane cechy”

Nawiązując do powyższego Zamawiający nie uwzględnia wniosku wykonawcy o wyłączenie pozycji 11 do osobnej części zamówienia. Działanie takie byłoby sprzeczne z ekonomicznym aspektem zamówienia i naruszałoby interes Zamawiającego.

Dotyczy pozycji 1

Ad. Pytanie 1: Tak – poniżej wyjaśnienie.

Ad. Pytanie 2: Tak – poniżej wyjaśnienie.

Zamawiający poprawia art. 3 § 1 ust 3 poz. 1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Chłodziarko-zamrażarka. Pojemność całkowita min. 360L, wymiary zewnętrzne: 600mm szerokości x 615mm głębokości x nie mniej niż 2000mm wysokości. Dwukomorowa, komora chłodziarki - zakres temperatur od +3 do +8°C, komora zamrażarki – zakres temperatur -9 do -30°C. Precyzyjny kontroler temperatury, dokładność ustawień 0,1°C. Dynamiczny obieg powietrza w komorze chłodziarki. Automatyczne rozmrażanie komory chłodziarki. 4-5 regulowanych półek. Optyczna i akustyczna sygnalizacja awarii. Interfejs RS 485. Cyfrowe, zewnętrzne wyświetlacze temperatur dla obu komór. Bezpieczne złącza bezpotencjałowe. Zużycie energii 1,8 kWh/24 h. Zasilanie 220/240V. Dozwolona temperatura otoczenia od +10 do +38°C. Samozamykające się drzwi. Chłodziarko-zamrażarka powinna posiadać dwa niezależnie systemy sterowania dla części chłodziarkowej i zamrażarkowej.”





Dotyczy pozycji 16 i 33.

Ad. Pytanie 1: Nie.

Dotyczy pozycji 17.

Ad. Pytanie 1: Tak.

Ad. Pytanie 2: Tak.

Dotyczy pozycji 30.

Ad. Pytanie 1: Tak.

Dotyczy pozycji 14.

Ad. Pytanie 1: 1000 mL.

Ad. Pytanie 2: Tak.

Ad. Pytanie 3: Tak.

Wniosek 5.

Dotyczy pozycji 28.

Ad. Pytanie 1: Tak.

Ad. Pytanie 2: Tak.

Zmiany w SIWZ:

Zamawiający zawiadamia o zmianie:

1. Art. 4 § 1 ust 3 pkt. 3.2., który otrzymuje brzmienie:

„Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Wykonawca wykaże główne dostawy wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Przez główne dostawy Zamawiający rozumie wykazanie trzech dostaw sprzętu laboratoryjnego o wartości nie mniejszej niż 400 000,00- PLN brutto - każda z nich.”

2. Art. 4 § 1 ust 6, który otrzymuje brzmienie:

„Warunki, o których mowa w ust. 1, oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. W postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia, którego przedmiot



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





stanowią dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.”


3. Art. 4 § 2 ust 1 pkt 1.1, który otrzymuje brzmienie:

„W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów:

Formularz Nr 1 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Do Formularza Nr 1 wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty:

- 1.1.1. *aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,*
- 1.1.2. *aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,*
- 1.1.3. *aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,*
- 1.1.4. *aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 punkty 4-8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,*
- 1.1.5. *aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy – PODMIOTY ZBIOROWE, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,*





- 1.1.6. *aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,*
- 1.1.7. *jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.”*
4. Art. 4 § 1 ust 1 pkt 1.3. ppkt. 1.3.2., który otrzymuje brzmienie:

„Formularz Nr 3 – oświadczenie – wykaz głównych dostaw wraz z załącznikami.

Wykaz główne dostawy wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

Przez główne dostawy Zamawiający rozumie wykazanie trzech dostaw sprzętu laboratoryjnego o wartości nie mniejszej niż 400 000,00- PLN brutto - każda z nich.

Dowodami, o których mowa powyżej, są:

a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit a),

c) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wykazane w wykazie głównych dostaw zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przekładania powyższych dowodów.”



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





Jednocześnie Zamawiający:

1. w art. 4 § 2 ust 1 dodaje punkt 1.3. w brzmieniu:

„W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 ustawy Zamawiający żąda złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 50 poz. 331 późn. zm.) lub informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – Formularz nr 6 – informacja dotycząca grupy kapitałowej.

Formularz Nr 6 stanowi załącznik nr 1 do SIWZ

2. W art. 4 § 3 dodaje ustęp 8 w brzmieniu:

„Formularz Nr 6 – podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum.

Formularz Nr 6 obowiązuje każdego z członków konsorcjum oddzielnie. Każdy z członków konsorcjum musi złożyć informację dot. Grupy kapitałowej, podpisaną przez pełnomocnika konsorcjum lub wszystkich członków konsorcjum.”

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

DZIEKAN WYDZIAŁU CHEMII
UNIwersytetu Warszawskiego

W/2
J. Kulesza
Prof. dr hab. inż. J. Kulesza



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

