



Warszawa, dnia 12.03.2013 r.

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 r.), zwanej dalej Ustawą na: „Dostawę zestawu pomiarowego do badania ogniw paliwowych dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota(Cent III)” Nr 120/8/2013.

Informujemy, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Wniosek:

„Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie dotyczące szczegółowych wymagań technicznych:

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia, w którym nie ma możliwości automatycznego wyboru gazów anodowego i katodowego z trzech różnych gazów, pracującego wyłącznie z gazami O₂, H₂ oraz powietrzem (nie pracującego z paliwami płynnymi)? W zamian oferowane urządzenie posiadałoby większe możliwości obciążeniowe (do 250W) oraz szerszy zakres kontroli ciśnienia wstecznego (do 70 PSI)”

Odpowiadamy:

Nie.

DZIEKAN WYDZIAŁU CHEMII
UNIwersytetu WarsZawskiego
Prof. dr hab. Paweł J. Kulesza