



Warszawa, dnia 2014 -12- 15

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą na: „Dostawę analizatora kliniczno-środowiskowego (część 1) i dwóch zestawów elektrochemicznych (część 2) dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota(Cent III)" Nr 120/33/2014

Informujemy, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Wniosek 1:

Dotyczy część 1 pkt 3.1.6.

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora biochemicznego, wyposażonego w chłodzony, wymienny rotor odczynnikowy z 35 pozycjami każdy?

Dotyczy część 1 pkt 3.1.7.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora biochemicznego, wyposażonego w wewnętrzny czytnik kodów paskowych dla próbek oraz zewnętrzny skaner kodów paskowych dla odczynników? Takie rozwiązanie (zewnętrzny czytnik kodów paskowych na wyposażeniu analizatora), pozwala również na wykorzystanie skanera do identyfikacji danych z barkodowanych próbek badanych.

Dotyczy część 1 pkt 3.1.15.

3. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania drugiego zestawu elektrod dostarczonych po pół roku w przypadku udzielenia pełnej gwarancji, na 12 miesięcy dla elektrod dostarczonych wraz z analizatorem? Tym bardziej, że sam Zamawiający ocenia żywotność elektrod?

Dotyczy część 1 pkt.3.1.18.

4. Czy Zamawiający akceptuje możliwość zaoferowania analizatora biochemicznego, który jako system odczynnikowo otwarty pozwala na zaadaptowanie również testów z grupy ISD i immunosupresantów?

Dotyczy część 1 pkt 3.1.19.

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora wyposażonego w wymienne źródło światła (lampa halogenowa) z nieodpłatną jego wymianą w okresie pełnej gwarancji na analizator – 24 miesięcy?

Wymóg graniczny w obecnym kształcie sugeruje możliwość złożenia oferty tylko przez jednego dostawcę na rynku polskim. Dopuszczenie innych wykonawców w sposób oczywisty podnosi konkurencyjność ofert.

Dotyczy część 1.

6. Czy Zamawiający wymaga od oferentów Wykonawców potwierdzenia spełnienia parametrów granicznych i ocenianych w postaci dołączonych do oferty oficjalnych folderów, opisów parametrów technicznych oferowanych aparatów?

Dotyczy część 1. art.3 Paragraf 2 pkt.2

7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na uściślenie sformułowania "Czas reakcji serwisu : do 48 godzin" o zapis : "w dni robocze"? oraz na zmianę zapisów SIWZ w tym formularza ofertowego dla części 1.



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Dotyczy część 1 art. 6 paragraf 1 pkt. 1

8. Czy Zamawiający może określić wysokość wadium, dla poszczególnych części postępowania?

Pytania do umowy (rozdział III):

9. §7 ust. 1 pkt 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?

10. §7 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na przekształcenie sformułowania w następujący sposób:

„Kupujący zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.”?

11. §7 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na przekształcenie sformułowania w następujący sposób:

„Łączna wysokość kar umownych z tytułów przewidzianych w ust. 1 pkt. 1, 2, 3 nie może przekroczyć łącznie 5% ceny określonej w § 6 niniejszej umowy.”?

12. §8 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

„Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia bieżących konsultacji z obsługą serwisową drogą telefoniczną i internetową w języku polskim. Czas reakcji serwisu: do 48 godzin w dni robocze od dnia powiadomienia serwisu do rozpoczęcia naprawy. Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawia się w siedzibie końcowego użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek?

13. §8 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

„W przypadku, gdy ten sam element był naprawiany 3 razy i nastąpi kolejna awaria, Kupującemu przysługuje wymiana sprzętu na nowy/ sprawny, taki sam lub uzgodniony, o nie gorszych parametrach.”?

Wniosek 2:

„Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie Czy zamawiający wymaga bezpłatnego serwisowania analizatora kliniczno-środowiskowego(część 1) w okresie gwarancji w zakresie bezpłatnego dojazdu, robocizny, części zamiennych, (usługa serwisowa), kitów konserwacyjnych (wymienianych zgodnie z zaleceniami producenta)?”

Odpowiedzi:

Wniosek 1

Ad. 1 - TAK.

Ad. 2 - TAK.

Ad. 3 - NIE.

Ad. 4 - TAK.

Ad. 5 - NIE.

Ad. 6 – NIE, wystarczy wypełniony formularz nr 6

Ad. 7 TAK.

Art. 3 § 2. ust. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bieżących konsultacji z obsługą serwisową drogą telefoniczną i internetową w języku polskim. Czas reakcji serwisu: do 48 godzin w dni robocze liczony od dnia powiadomienia serwisu do rozpoczęcia naprawy. Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawia się w siedzibie końcowego użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

FORMULARZ OFERTY pkt. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Czas reakcji serwisu wynosi godzin (*wpisać nie więcej niż do 48 godzin w dni robocze*).



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt pn. **Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (CENT III)** współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013

Ad. 8 Zgodnie z zapisem Art 3 § 1 pkt. 5 SIWZ

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. W związku z tym, każdą wyspecyfikowaną w SIWZ część należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienia), wszelkie zapisy znajdujące się w SIWZ dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowe. Jeżeli w SIWZ nie został zamieszczony zapis której części dotyczy określony artykuł, paragraf, ustęp, warunek, formularz, dokument itp. – oznacza, że dotyczy wszystkich części.

Ad. 9 NIE.

Ad. 10 NIE

Ad. 11 NIE

Ad. 12 TAK

§ 8. ust. 5 wzoru umowy otrzymuje brzmienie;

5. Sprzedawca zapewni w ramach ceny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji.

§ 8. ust. 6 wzoru umowy otrzymuje brzmienie;

6. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia bieżących konsultacji z obsługą serwisową drogą telefoniczną i internetową w języku polskim. Czas reakcji serwisu: do 48 godzin w dni robocze od dnia powiadomienia serwisu do rozpoczęcia naprawy. Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawia się w siedzibie końcowego użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

Ad. 13 NIE

Wniosek 2

Podtrzymujemy zapisy w SIWZ. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Art 4 § 2 pkt. 1.6. SIWZ zamawiający wymaga załączenia do oferty szczegółowego opisu warunków gwarancji i serwisu w języku polskim oferowanego przedmiotu zamówienia

DZIEKAN WYDZIAŁU CHEMII
UNIwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Paweł J. Kulesza



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt pn. **Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (CENT III)** współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013