



Warszawa, dnia 2015-08-10

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą na: „Dostawę przystawki do pomiarów FT-IR (część 1), mieszadeł magnetycznych – sztuk 4 (część 2), zestawu do mikrodestylacji typu Bulb-to-Bulb (część 3) i wysoko próżniowej pompy wraz z oprzyrządowaniem (część 4) dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
Nr 120/35/2015

Informujemy, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1

1. Dotyczy art. 3 § 1 ust. 3.2 część 2 SIWZ – mieszadła magnetyczne

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby średnica płyty grzejnej mieszadła wynosiła 145 mm?

Uzasadnienie:

Z uwagi na to, że różne aplikacje laboratoryjne pasują do różnej wielkości płyt grzejnych, prosimy o szczegółowe określenie średnicy płyty grzejnej, której dostarczenia wymaga Zamawiający, którą będzie mógł wykorzystać z posiadanymi lub planowanymi do zakupu urządzeniami. Zaproponowana w treści pytania średnica wynosząca 145 mm jest wymagana w większości aplikacji laboratoryjnych.

Pytanie 2

2. Dotyczy § 10 ust. 1 umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 10 ust. 1 zdania o treści:

„Dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest możliwe w sytuacji:

- zmiany terminu dostawy, w sytuacji uzasadnionej, gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę np. siła wyższa,
- dostarczenia produktu zamiennego w stosunku do oferty w przypadku zaistnienia przejściowej lub trwałej niedostępności produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową.”

Uzasadnienie:

Ponieważ Zamawiający nie przewidział konkretnych warunków, w jakich możliwe jest dokonanie zmian w treści umowy, uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowany powyżej zapis określający warunki ewentualnej zmiany, gdyż brak sprecyzowania warunków dokonania zmian sprawi, że będą one niemożliwe, nawet w sytuacji wystąpienia uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy przyczyn. Zmiany umowy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych dokonywane są w formie aneksu uzgodnionego i podpisywanego przez obydwie strony umowy, ale tylko w przypadku zastrzeżenia możliwości dokonania takiej zmiany w treści umowy.

Odpowiedź:

Pytanie 1 :

Odp. TAK

Zamawiający wymaga aby średnica płyty grzejnej mieszadła wynosiła nie mniej niż 140 mm oraz nie więcej niż 150mm oraz mocy grzejnej minimum 800 W.

Pytanie 2 :

Odp. NIE.

DZIEKAN WYDZIAŁU CHEMII
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Prof. dr hab. Paweł J. Kulesza