



Warszawa, dnia .07.08.2015r.

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą na: „Dostawę układu grzewczo – chłodzącego do mikroskopu sił atomowych (AFM) dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1” Nr 120/38/2015

Informujemy, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**Wniosek:**

1.

„W punkcie 3.8 § 1 art. 3 jest napisane:

„Wraz z układem grzewczo-chłodzącym Wykonawca dostarczy sondy pomiarowe typu: krzemowe, nominalna stała siłowa 0.4 N/m, nominalna częstość rezonansowa 70 kHz – 5 opakowań po 10 szt.”

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie sond, w których belka wykonana jest z azotku krzemu, nominalna stała siłowa 0.4 N/m, nominalna częstość rezonansowa 70 kHz (dotyczy 5 opakowań po 10 szt.)?

Uzasadnienie:

Parametry sond wykonanych z azotku krzemu są identyczne jak sond krzemowych.”

2.

„W punkcie 1 § 4 art. 3 jest napisane:

„Wykonawca udziela gwarancji na następujących zasadach:

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na oferowane urządzenia na okres minimum 18 miesięcy, od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez obydwie strony.”

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia gwarancji na oferowane urządzenie na okres 12 miesięcy?

Uzasadnienie:

Na układ grzewczo chłodzący do mikroskopu (...) producent udziela 12 miesięcznej gwarancji.”

3.

„W punkcie 4.4 § 1 art. 3 jest napisane:

„Wykonawca załączy do dostawy instrukcję w języku polskim”

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza załączenie do dostawy instrukcji w języku angielskim?

Uzasadnienie:

Producent urządzenia dostarcza pełną instrukcję obsługi w języku angielskim. Tłumaczenie instrukcji na język polski może spowodować powstanie niejednoznaczności w tłumaczeniu spowodowanych interpretacją słów, wyrażeń, zdań, zważywszy na fakt, że instrukcja zawiera znaczną ilość zwrotów ściśle naukowo-technicznych, które często nie mają odpowiedników w języku polskim.”

4.

„W punkcie 1 § 2 art. 3 jest napisane:

„Wymagany termin (okres) realizacji przedmiotu zamówienia do 60 dni od daty zawarcia umowy”

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 90 dni?

Uzasadnienie:

Firma (...), która jest producentem urządzenia grzewczo chłodzącego standardowo zapewnia dostarczenie urządzenia w czasie 12 tygodni od momentu złożenia zamówienia.”

5.

„W punkcie 1 § 6 rozdziału 3 (WZÓR UMOWY NR 120/38/2015) jest napisane:

„Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną za:

1) za zwłokę w terminowym realizowaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% ceny za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2% ceny za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5% ceny za każdy dzień zwłoki,”

Pytanie 5:

Czy Zamawiający zaakceptuje obniżenie kar umownych do wysokości 0,05% ceny za każdy dzień zwłoki?

Uzasadnienie:

Obniżenie kar do zaproponowanego przez nas poziomu jest i tak większe od odsetek ustawowych zaproponowanych w punkcie 5 § 5 rozdziału 3 (WZÓR UMOWY NR

120/38/2015) dotyczącym zobowiązań Zamawiającego. Ponadto zaproponowane przez nas wysokości kar w pełni zabezpieczają interes Zamawiającego.”

### **Odpowiadamy:**

Ad. Pytanie 1:

Tak.

Jednocześnie Zamawiający zmienia:

art. 3 § 1 ust 3 pkt 3.8. SIWZ

Było:

*Wraz z układem grzewczo – chłodzącym Wykonawca dostarczy sondy pomiarowe typu:*

- *krzemowe, nominalna stała siłowa 0.4 N/m, nominalna częstota rezonansowa 70 kHz – 5 opakowań po 10 szt.*

*Sondy dostarczane będą sukcesywnie, w okresie 2 lat, na żądanie Zamawiającego w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania. Za dzień roboczy Zamawiający przyjmuje każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.*

Jest:

*Wraz z układem grzewczo – chłodzącym Wykonawca dostarczy sondy pomiarowe typu:*

- *krzemowe lub z azotku krzemu, nominalna stała siłowa 0.4 N/m, nominalna częstota rezonansowa 70 kHz – 5 opakowań po 10 szt.*

*Sondy dostarczane będą sukcesywnie, w okresie 2 lat, na żądanie Zamawiającego w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania. Za dzień roboczy Zamawiający przyjmuje każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.*

Ad. Pytanie 2:

Tak.

Jednocześnie Zamawiający zmienia:

art. 3 § 4 ust 1 SIWZ

Było:

*Wykonawca udziela gwarancji na następujących zasadach:*

*Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na oferowane urządzenia na okres minimum 18 miesięcy, od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez obydwie strony.*

Jest:

*Wykonawca udziela gwarancji na następujących zasadach:*

*Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na oferowane urządzenia na okres minimum 12 miesięcy, od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez obydwie strony.*

oraz:

Formularz Oferty ust 3 :

Było:

*Oferujemy okres gwarancji wynoszący ..... miesięcy liczony od dnia odbioru całości przedmiotu zamówienia (należy wpisać co najmniej 18 miesięcy)*

Jest:

*Oferujemy okres gwarancji wynoszący ..... miesięcy liczony od dnia odbioru całości przedmiotu zamówienia (należy wpisać co najmniej 12 miesięcy)*

Ad. Pytanie 3:

Tak.

Jednocześnie Zamawiający zmienia:

art. 3 § 1 ust 4 pkt 4.4. SIWZ

Było:

*Wykonawca załączył do dostawy pełną instrukcję obsługi w języku polskim.*

Jest:

*Wykonawca załączył do dostawy pełną instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim.*

Ad. Pytanie 4:

Tak.

Jednocześnie Zamawiający zmienia:

art. 3 § 2 ust 1 SIWZ

Było:

*Wymagany termin (okres) realizacji przedmiotu zamówienia do 60 dni od daty zawarcia umowy.*

Jest:

*Wymagany termin (okres) realizacji przedmiotu zamówienia do 90 dni od daty zawarcia umowy.*

Ad. Pytanie 5:

Nie.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Zamawiający zmienia:

1. Art. 9 § 1 ust 1 pkt 1.2. ppkt. 1.2.1. SIWZ:

Było:

*Ofertę należy składać w siedzibie zamawiającego - w Dziale Administracji Wydziału Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa pok. 140, nie później niż do dnia 11.08.2015 r. do godziny 11:45.*

Jest:

*Ofertę należy składać w siedzibie zamawiającego - w Dziale Administracji Wydziału Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa pok. 140, nie później niż do dnia 18.08.2015 r. do godziny 11:45.*

2. Art. 9 § 2 ust 1 SIWZ:

Było:

*Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego przetarg - w Dziale Administracji i Inwestycji Wydziału Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa pok. 140 - w dniu 11.08.2015 r. o godz. 12.00.*

Jest:

*Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego przetarg - w Dziale Administracji i Inwestycji Wydziału Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa pok. 140 - w dniu 18.08.2015 r. o godz. 12.00.*

DZIEKAN WYDZIAŁU CHEMII  
UNIwersytetu warszawskiego  
wk  
Prof. dr hab. Paweł J. Kulesza