



Warszawa, dnia ~~26~~ 26 LIS. 2013 r.

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą na: „Dostawa wysokotemperaturowego pieca komorowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1" Nr 120/45/2013

Informujemy, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Wniosek:

„Zamawiający nie określił długości strefy grzejnej,

Czy zamawiający dopuszcza piec o długości strefy grzejnej 220mm?”

Odpowiadamy:

Zamawiający nie dopuszcza długości strefy grzejnej mniejszej niż 400 mm.

DZIEKAN WYDZIAŁU CHEMII
UNIwersYTETU WARSZAWSKIEGO


Prof. dr hab. Paweł J. Kulesza