



Warszawa, dnia 21.01.2013 .r.

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 r.), zwanej dalej Ustawą na: **„Dostawę dewarów do ciekłego azotu, wag laboratoryjnych, wyparek z łożniami, pompami, kontrolerami próżni i chillerami cieczy chłodzącej oraz wysokociśnieniowych zbiorników do przechowywania argonu dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota(Cent III)” Nr 120/48/2012.**

Informujemy, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

#### Wniosek:

„Część 1. Dewary do ciekłego azotu

2 Dewar na ciekły azot 25L wraz z urządzeniem do poboru ciekłego azotu LWD – 6 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści dewar na ciekły azot o średnicy szyjki 50 mm oraz wadze pustego naczynia 13,5 kg i spełniający pozostałe wymagania? Jeśli nie proszę o wyjaśnienia.

Dotyczy SIWZ §2 rozdział 1.3.2

1. Czy Zamawiający w celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadanej wiedzy i doświadczenia dopuści wykazanie wykonanych dostaw sprzętu laboratoryjnego o wartości nie mniejszej niż 80 tys. zł każdej z nich zamiast konkretnie dostawy dewarów do ciekłego azotu?”

#### Odpowiadamy:

1. Dotyczy części 1. Dewary do ciekłego azotu.

1. Nie.

Zamawiający posiada obecnie na swoim wyposażeniu dewary o średnicy szyjki powyżej 60 mm. Zakup dewarów o szerokości szyjek równej 50 mm uniemożliwiłoby wymienne korzystanie z akcesoriów będących w posiadaniu Zamawiającego.

Ze względu na przenoszenie dewara z punktu uzupełniania do miejsca użytkowania Zamawiający wymaga aby waga pustego naczynia nie przekraczała 11 kg.

2. Dotyczy SIWZ §2 rozdział 1.3.2

1. Nie.

DZIEKAN WYDZIAŁU CHEMII  
UNIwersytetu Warszawskiego

  
Prof. dr hab. Paweł J. Kulesza