

Warszawa, dnia 2014-07-17 r.

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą na: „Dostawa wysokosprawnego chromatografu cieczowego dla Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych przy ul. Żwirki i Wigury 101” Nr CNBCH/15/2014/UM

Informujemy, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Wniosek:

„Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przez zapis „wysokosprawnego chromatografu cieczowego mas...” rozumie wyspecyfikowany w SIWZ wysokosprawny chromatograf cieczowy HPLC wyposażony w detektor refraktometryczny i UV-VIS z matrycą diodową, których sygnał jest proporcjonalny do masy oznaczonych związków w próbce oraz ich właściwości fizyko-chemicznych?”

Odpowiadamy:

Zamawiający przez przedmiot zamówienia rozumie wysokosprawny chromatograf cieczowy HPLC wyposażony w detektor refraktometryczny i UV-Vis z matrycą diodową.



prof. dr hab. Ewa Bułska
Dyrektor CNBCh UW



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

1



Prof. dr hab. inż. Karol Grela
Kierownik Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa
www.karolgrela.eu

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

