



UNIwersytet
Warszawski



Centrum Nauk
Biologiczno-Chemicznych
Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa, dnia 03.06.2016 r.

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej Ustawą na: „Dostawa syntezy mikrofalowego (część 1) oraz dostawa aparatu do miareczkowania metodą Karla Fishera (część 2) dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego” Nr CNBCh/15/2016/UM.

Informujemy, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Wniosek:

„Dotyczy części 2 Aparat do miareczkowania metodą Karla Fishera.

Zamawiający wymaga: "4.2.1. Zakres pomiarowy 10µ g – 200mg / 1ppm – 5%."

Czy Zamawiający zaakceptuje parametr zakres pomiarowy: 10µ g – 100mg / 1ppm – 5%."

Odpowiadamy:

Zamawiający zmienia art. 3 § 1 ust 4 pkt 4.2.1. SIWZ:


Było:

„Zakres pomiarowy 10µg – 200mg / 1ppm – 5%”

Jest:

„Zakres pomiarowy 10µg – 100mg / 1ppm – 5%”

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.


mgr Konrad Zawadzki
Zastępca Dyrektora CNBCh U.W.

UW

Dwa stulecia
Dobry początek

ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa
tel.: + 48 22 55 26 524
e-mail: sekretariat.adm@cnbc.uw.edu.pl